

Dura-Green Stones



Instructions for use
Gebrauchsanleitung
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l'uso

Инструкция по применению
Instrukcja obsługi
Instrucții de utilizare
Bruksanvisning
Οδηγίες χρήσης
Instruções de uso

01.02.2020-09
01.02.20110-16



Manufacturer
SHOFU INC.
11 Kamitakamatsu-cho, Fukui,
Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
www.shofu.com

ECP REF
SHOFU DENTAL GmbH
Ander Pört 70, 40885 Ratingen, Germany

SHOFU DENTAL CORPORATION
10 Science Park Road #03-12,
The Alpha, Science Park II, Singapore 117684

en

READ CAREFULLY BEFORE USE

PRODUCT DESCRIPTION

Made of silicon carbide grits with ceramic binder, Dura-Green Stones are ideal for fast contouring and finishing. They are available in a variety of shapes in friction grip (FG), contra-angle (CA) and hand piece (HP).

INTENDED PURPOSE

Contouring and finishing of porcelains, composites, amalgams, precious and non-precious alloys.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

- Never exceed the maximum permissible rotating speed.
30,000 min⁻¹
- Insert the shank completely into the chuck of the handpiece, following the manufacturer's instructions.
- Perform test run to check safety and smooth operation without run-out prior to use.
- Make sure that abrasive head is in good condition before use. Do not use damaged or defective instruments i.e. corrosion, surface flaw, deformation, dirt, exposure of shank due to repeated use.
- Use local dust extractor, protective mask, etc while contouring and finishing to avoid adverse effect of dust to the human body.
- Use protective equipment such as glasses while using.
- Avoid any use at acute angles or with excessive pressure to thin and long abrasives. They are fragile and may bend or fracture under excessive loads.
- Apply gentle pressure under water spray to avoid damaging pulp.
- This product is intended for use by dental professionals only.
- Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in these instructions for use.

STORAGE AND STERILIZATION

Store this product avoiding exposure to moisture, corrosive chemical and its vapor. Keep away from external pressure (physical load) and avoid contamination. When using intraorally, sterilize this product before each use. For reuse after using, remove any contaminants immediately with washer disinfector, then sterilize.

(Autoclave)

Cycle Type	Temperature	Holding time	Dry time
Pre-vacuum 3 times	134°C 273°F	3'00"	10'00"

Follow the instructions for use of washer disinfector and sterilizer, respectively. Chlorine disinfectant must not be used to avoid corrosion of the instruments. For the details about REPROCESSING procedures, visit www.shofu.de.

DISPOSAL

Dispose in accordance with relevant local and national regulation.

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

Location of the symbols glossary: https://www.shofu.com/en/symbols_glossary/

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aus Silikonkarbidkörnern mit Keramikbinder gefertigte Dura-Green-Stone sind ideal für schnelles Konturieren und Finieren. Sie sind in einer Reihe unterschiedlicher Formen in FG, CA und HP erhältlich.

VERWENDUNGSZWECKE

Konturierung und Veredelung von Porzellan, Verbundstoffen, Amalgamen, Edelmetall- und Nichtedelmetallallegierungen.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

- Die maximal zulässige Drehzahl nicht überschreiten.
30.000 min⁻¹
- Setzen Sie den Schaft vollständig in das Spannfutter des Handstücks ein, befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers.
- Das Instrument vor Gebrauch probeweise rotieren lassen, um zu sehen, ob es sicher, ruhig und rund läuft.
- Vor Gebrauch kontrollieren, ob das Arbeitsteil in einwandfreiem Zustand ist. Kein Instrument benutzen, das Schäden oder Fehler aufweist, z.B. Korrosion, Oberflächenfehler, Verformung, Verschmutzung, freiliegender Schaft nach wiederholter Verwendung.
- Zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Stäuben beim Konturieren und Finieren lokale Staubabsaugung, Staubmaske usw. verwenden.
- Bei der Arbeit einen geeigneten Augenschutz, z.B. Schutzbrille, tragen.
- Dünne und lange Schleifkörper nicht im spitzen Winkel oder mit zu hohem Anpressdruck verwenden. Diese Instrumente sind empfindlich und können sich bei übermäßiger Belastung verbiegen oder abbrechen.
- Wenden Sie leichten Druck mit einem Unterwassersprühstrahl an, um zu vermeiden, dass der Zahnnerv beschädigt wird.
- Das Produkt ist nur für den dentalen Gebrauch vorgesehen.
- Das Produkt ausschließlich für die in diesem Beipackzettel genannten Zwecke verwenden.

LAGERUNG UND STERILISATION

Das Produkt vor Feuchtigkeit, korrosiven Chemikalien und ihren Dämpfen schützen. Nicht unter äußerem Druck (mechanischer Belastung) lagern und Kontaminationen vermeiden.

Vor jedem intraoralem Gebrauch sterilisieren. Zur Wiederverwendung nach intraoralem Gebrauch sofort im Thermodesinfektor von allen Verunreinigungen säubern, dann sterilisieren.

(Autoklav)

Verfahren	Temperatur	Haltezeit	Trockenzeit
Vorvakuum 3-mal	134°C	3'00"	10'00"

Die Gebrauchsanleitungen für Thermodesinfektor und Sterilisator beachten. Zur Vermeidung von Instrumentenkorrosion keine chlorhaltigen Desinfektionsmittel verwenden. Detaillierte Angaben zur AUFBEREITUNG finden Sie auf www.shofu.de.

ENTSORGUNG

Gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

fr

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE

DESCRIPTION

Fabriquées avec des grains de carbure de silicium et un liant céramique, les pierres Dura-Green sont idéales pour un remodelage et une finition rapides. Elles sont disponibles dans une grande variété de formes en FG, CA et HP.

INDICATIONS

Contourage et finition de la porcelaine, composite, amalgams, alliages précieux et non-précieux.

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

- Ne jamais dépasser la vitesse de rotation maximale autorisée.
30 000 min⁻¹
- Insérer la tige à fond dans le mandrin en suivant les instructions du fabricant.
- Effectuer un test à vide pour contrôler la sécurité et le bon fonctionnement sans déviation avant utilisation.
- S'assurer que la tête abrasive est en bon état avant utilisation. Ne jamais se servir d'instruments défectueux ou endommagés, par ex. corrosion, défaut de surface, déformation, encrassement, exposition de la tige due à un usage répété.
- Utiliser un appareil de dépoussiérage local, un masque de protection, etc. lors des opérations de modelage et finition afin d'éviter l'effet nocif des poussières pour le corps humain.
- Utiliser un équipement de protection tel que des lunettes.
- Eviter l'utilisation sous un angle aigu ou en exerçant une pression excessive, notamment avec les abrasifs longs et fins. Ils sont fragiles et risquent de se déformer ou de se fracturer sous de fortes charges.
- Exercer une légère pression par jet d'eau afin d'éviter d'endommager la pâte.
- L'usage de ce produit est strictement réservé aux professionnels dentaires.
- Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui spécifié dans le présent mode d'emploi.

STOCKAGE ET STÉRILISATION

Conserver le produit à l'abri de l'humidité, de la corrosion chimique et de ses vapeurs. Éviter les pressions externes (charge physique) et les risques de contamination. Stériliser avant chaque utilisation intra-orale. Pour réutilisation en bouche, éliminer tout contaminant immédiatement par lavage désinfectant puis stériliser.

(Autoclave)

Cycle Type	Température	Maintien	Séchage
Pré-vide 3 fois	134°C	3'00"	10'00"

Suivre les instructions du fabricant du désinfectant et du stérilisateur. Les désinfectants chlorés sont à proscrire pour éviter la corrosion des instruments. Pour plus de détail sur les procédures de retraitement, consulter le site www.shofu.de.

DESTRUCTION

Éliminer conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

nl

LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK

PRODUCTOMSCHRIJVING

Gemaakt van siliconcarbide grullen met keramische binder, Dura-Green-stenen zijn ideaal voor snel contouren en afwerken. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende vormen in FG, CA en HP.

BEHOUD GEbruIK

Contouren en afwerken van porselein, composiet, amalgamen, edelmetallealgeringen en edelmetalaaljeringen.

VOORZORGSMAATREGEL EN WAARSCHUWINGEN

- Overschrijd nooit de maximaal toelaatbare rotatiesnelheid.
30.000 min⁻¹
- Plaats de schacht volledig in de boorklauw van het handgereedschap volgens de instructies van de fabrikant.
- Doe vooraf een test voor een veilige en soepele werking zonder dat het abrasief los komt.
- Overtuig uzelf vooraf dat de kop in goede conditie is. Gebruik geen beschadigde of defecte instrumenten door bijvoorbeeld corrosie, gebrek aan het oppervlak, deformatie, vuil, blootliggen van de schacht door herhaald gebruik.
- Gebruik lokale afzuiger en draag een stofmasker tijdens het beslijpen en afwerken om schadelijke invloed van stof op het menselijk lichaam te voorkomen.
- Gebruik tijdens het gebruik beschermende middelen zoals een stofbril.
- Vermijd het gebruik onder een scherpe hoek of met overmatige druk op lange en dunne abrasieven. Deze zijn fragiel en kunnen bij excessieve druk buigen of breken.
- Pas zachte druk toe door water te spuiten om beschadigende pulp te vermijden.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dentale professionals.
- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan degene die expliciet in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd.

OPSLAG EN STERILISATIE

Vermijd bij opslag blootstelling aan vocht, corrosieve chemische stoffen en de damp daarvan. Houd ze weg van externe druk (fysieke belasting) en vermijd contaminatie. Indien intraoraal gebruikt, steriliseer voor elk gebruik. Om het instrument na gebruik weer klaar te maken voor gebruik, dient u eventuele verontreinigingen onmiddellijk te verwijderen in een desinfecterende wasmachine en het instrument daarna te steriliseren.

(Autoclaf)

Cyclustype	Temperatuur	Houdtijd	Droogtijd
Prevacuum 3 keer	134°C	3'00"	10'00"

Houd u aan de gebruiksaanwijzingen van de desinfecterende wasmachine en de autoclaaf. Gebruik geen chloorhoudend desinfecterend middel om corrosie van de instrumenten te voorkomen. Meer informatie over HERGEBRUIK vindt u op www.shofu.de.

AFVALVERWIJDERING

Verwijder in overeenstemming met de plaatselijke en nationale afvalverwijderingsvoorschriften.

es

LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hecho con abrasivos de carburo de silicium con aglutinador cerámico, las Dura-Green Stones son ideales para un contorneado rápido y el acabado. Están disponibles en diversas formas en FG, CA y HP.

USO PREVISTO

Contorneado y acabado de porcelana, resina compuesta, amalgamas y aleaciones preciosas y no preciosas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Nunca exceder la máxima velocidad de rotación permitida.
30,000 min⁻¹
- Insertar el mandril totalmente en la cabeza de la pieza de mano, siguiendo las indicaciones del fabricante.
- Antes de usarlo ponerlo en funcionamiento para comprobar que va bien.
- Antes de usarlo asegurarse que la cabeza del abrasivo está en buen estado. No usar instrumentos dañados o defectuosos, por ejemplo con corrosión, superficies imperfectas, deformados, sucios, exposición del mandril por usos repetidos.
- Usar aspirador de polvo, máscara protectora, etc. mientras realiza el contorneado y acabado para evitar efectos adversos del polvo en el cuerpo humano.
- Durante la utilización usar equipamiento protector como gafas.
- Evitar usarlo en ángulos agudos o con presión excesiva para adelgazar y alargar los abrasivos. Son frágiles y se pueden doblar o fracturar ante fuerzas excesivas.
- Aplique suavemente presión bajo el rociador de agua para evitar dañar la pulpa.
- Este producto está destinado al uso exclusivo de profesionales de la odontología.
- No utilice este producto para ningún otro fin no descrito específicamente en las presentes instrucciones de uso.

CONSERVACIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Almacenar este producto evitando la exposición a la humedad, químicos corrosivos y sus vapores. Mantenerlo alejado de presión externa (carga física) y evitar la contaminación.

Esterilizar los abrasivos antes de cada uso dentro de la boca. Para reutilizarlos después del uso, elimine inmediatamente cualquier contaminación en una lavadora desinfectadora y, a continuación, esterilicelos.

(Autoclave)

Tipo de ciclo	Temperatura	Tiempo de exposición	Tiempo de secado
Prevacio 3 veces	134°C	3'00"	10'00"

Siga las instrucciones de cada fabricante para el uso de la lavadora desinfectadora y del esterilizador. No se deben usar desinfectantes a base de cloro para evitar corrosión. Para obtener más información sobre los procedimientos de REPROCESADO, consulte www.shofu.de.

ELIMINACIÓN

Deseche de conformidad con la normativa local y nacional pertinente.

it

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Realizzate in grane di carburo di silicio con legante ceramico, le pietre Dura-Green sono ideali per una sagomatura e una rifinitura rapida. Sono disponibili in una varietà di forme in FG, CA e HP.

USO PREVISTO

Sagomatura e finitura di porcellana, composito, amalgami, leghe preziose e non preziose.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- Non superare mai la velocità di rotazione massima consentita.
30.000 min⁻¹
- Introdurre completamente il gambo nel mandrino del manipolo, osservando le indicazioni del produttore.
- Prima dell'uso, azionare lo strumento per verificare che giri in modo sicuro e senza problemi.
- Prima dell'uso, verificare che la testina abrasiva sia in buone condizioni. Non utilizzare strumenti che presentano danni o difetti, quali ad es., corrosione, difetti della superficie, deformazione, sporcizia ed esposizione del gambo a causa dell'uso ripetuto.
- Durante le operazioni di sagomatura e rifinitura, utilizzare un aspiratore di polveri locale, maschera protettiva, ecc. per proteggersi dagli effetti avversi dell'inhalazione di polveri.
- Durante l'uso utilizzare attrezzi di protezione adeguati, quali occhiali protettivi.
- Non utilizzare mai le fesse abrasive lunghe e sottili ad angolo acuto o esercitando una pressione eccessiva, poiché sono fragili e potrebbero piegarsi o rompersi con un carico eccessivo.
- Applicare una leggera pressione sotto nebulizzazione dell'acqua per evitare di danneggiare la polpa.
- Il prodotto è indicato solo per uso dentale.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente per gli usi previsti riportati nelle presenti istruzioni d'uso.

CONSERVAZIONE E STERILIZZAZIONE

Conservare il prodotto al riparo dall'umidità e da sostanze chimiche corrosive e relativi vapori. Non conservare sotto pressione esterna (carico fisico) ed evitare la contaminazione.

Per l'uso intraorale, sterilizzare il prodotto prima di ogni uso. Per il riutilizzo degli strumenti rimuovere, subito dopo l'uso, tutte le impurità con il termodisinfettore, quindi sterilizzare.

(Autoclave)

Procedimento	Temperatura	Tempo di mantenimento	Tempo di asciugatura
Prevuoto 3 volte	134°C	3'00"	10'00"

Attenersi alle istruzioni d'uso del produttore del termodisinfettore e sterilizzatore. Non usare disinfettanti contenenti cloro per evitare la corrosione degli strumenti. Per indicazioni dettagliate sulle procedure per il RICONDIZIONAMENTO consultare www.shofu.de.

SMALTIMENTO

Smaltire secondo le disposizioni locali e nazionali.



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Изготовленные из зерен карбида кремния с керамической связкой камни Dura-Green идеально подходят для быстрой контурной обработки и полировки. Они доступны в различных формах, таких как FG, CA и HP.

НАЗНАЧЕНИЕ

Обработка контура и окончательная обработка керамики, композиционной пластмассы, амальгамы, сплавов из драгоценных и недрагоценных металлов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не превышать максимально допустимое число оборотов.

30,000 мин⁻¹
- Вставьте бор в патрон наконечника полностью, следуя инструкциям производителя.
- Перед использованием выполнить пробный запуск инструмента, чтобы убедиться, что он вращается надежно, спокойно и без вибрации.
- Перед применением убедиться в безвредном состоянии рабочей части. Не использовать инструмент, имеющий повреждения или неисправности, например, коррозия, поверхностные неисправности, деформация, загрязнение, оголенный хвостовик после повторного использования.
- Для защиты от временной для здоровья пыли, образующейся при контурировании и финишировании, использовать местное отсасывающее устройство, маску от пыли и др.
- При работе пользоваться соответствующей защитой для глаз, например, защитными очками.
- Тонкие и длинные шлифовальные инструменты не использовать под острым углом или со слишком большим усилием. Эти инструменты могут при большом усилии согнуться или сломаться.
- Применяйте легкое давление под струей воды, чтобы не повредить пульпу зуба.
- Продукт предназначен только для профессионального стоматологического применения.
- Не используйте продукт для каких-либо иных целей, не указанных в данной инструкции.

ХРАНЕНИЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Защищать изделия от влаги, химикалий и их паров, вызывающих коррозию. Не хранить при внешнем давлении (механическая нагрузка) и избегать заражения. Инструменты следует стерилизовать перед каждым интраоральным применением. Для повторного применения сразу удалить все загрязнения в моечно-дезинфицирующей машине, затем стерилизовать.

(Автоклав)

Вид цикла	Температура	Время выдержки	Время сушки
Форвакуум 3 раза	134°C	3'00"	10'00"

Соблюдать инструкцию производителя моечно-дезинфицирующей машины или стерилизатора. Не использовать хлорный дезинфектант во избежание коррозии инструментов. Подробно ознакомиться с процедурами ПОВТОРНОЙ ОБРАБОТКИ можно на сайте www.shofu.de.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизировать согласно действующим нормам и правилам.



NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCİEM

OPIS PRODUKTU

Kamienie Dura-Green, wykonane z ziaren węglka krzemiu ze spoiwem ceramicznym, są idealne do szybkiego konturuowania i wykańczania. Są one dostępne w różnych kształtach w FG, CA i HP.

PRZEZNACZENIE

Obróbka kształtu i wykończeniowa porcelany, kompozytu, amalgamatu oraz stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA

- Nigdy nie należy przekraczać dopuszczalnej prędkości obrotowej.

30 000 min⁻¹
- Trzpień należy włożyć całkowicie do uchwytu rękojeści, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed użyciem należy przeprowadzić rozruch próbny, aby sprawdzić bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie.

- Przed użyciem należy upewnić się, że narzędzie do obróbki jest w dobrym stanie. Nie należy używać narzędzi wadliwych lub uszkodzonych np. z powodu korozji, wady powierzchni, deformacji, brudu, obnżenia trzonu z powodu wielokrotnego użycia.
- Należy stosować pochlaniacz pyłu, maski ochronne, itp. podczas konturowania i wykańczania, aby uniknąć negatywnego wpływu pyłu na organizm człowieka.
- Podczas pracy należy stosować środki ochronne, takie jak okulary.
- Należy unikać używania cienkich i długich narzędzi do obróbki w miejscach o ostrych kątach lub z nadmiernym naciśnięciem. Są delikatne i mogą ulec wygięciu lub pęknięciu pod nadmiernym obciążeniem.
- Należy lekko naciskać pod strumieniem wody, aby uniknąć uszkodzenia miazgi.
- Ten produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez lekarzy stomatologów.
- Nie stosować tego produktu do celów innych niż wyraźnie podane w niniejszej instrukcji obsługi.

PRZECHOWYWANIE I STERYLIZACJA

Przechowywać produkt unikając ekspozycji na wilgoć, korozję chemiczną i jej opary. Przechowywać z dala od obciążenia fizycznych i unikać zanieczyszczenia. Podczas korzystania wewnętrznie z narzędzi do obróbki, należy je przed każdym użyciem wsterylizować. W celu ponownego użycia po użyciu należy natychmiast usunąć wszelkie substancje zanieczyszczające w myjni-dezynfektorze, a następnie wsterylizować.

(Autoklaw)

Rodzaj cyklu	Temperatura	Czas przetwarzania	Czas suszenia
Próżnia wstępna 3 razy	134°C	3'00"	10'00"

Należy przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonej odpowiednio przez producenta myjni-dezynfektoru i sterylizatora. Nie wolno używać środka dezynfekcyjnego na bazie chloru w celu uniknięcia korozji instrumentów. Szczegółowe informacje na temat procedury PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA można znaleźć na stronie www.shofu.de.

USUWANIE

Usunąć zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.



A SE CITI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE

DESCRIEREA PRODUSULUI

Producă din granule de carburi de siliciu cu liant din ceramică, piatra Dura-Green sunt ideale pentru profilare rapidă și finisare. Sunt disponibile într-o varietate de forme în FG, CA, și HP.

DESTINAȚIA

Profilarea și finisarea portelanului, mixturilor, amalgamelor, aliajelor prețioase și neprețioase.

PRECAUȚII SI AVERTIZĂRI

- Nu depășiți niciodată viteză de rotație maximă permisă.

30.000 min⁻¹
- Introduceți tija complet în mandrina de strângere a piesei de mână, respectând instrucțiunile producătorului.
- Efectuați o probă de funcționare pentru a verifica funcționarea în siguranță și fără probleme, fără excentricitate, înaintea utilizării.
- Înaintea utilizării, verificați capul abraziv pentru a vă asigura că este în stare bună. Nu utilizați instrumente deteriorate sau defecte, mai exact corodate, cu defecți ale suprafetei, deformări, murdărie, cu tija expusă din cauza utilizării repeatate.
- Utilizați aparatul de îndepărțare a prafului local, mască de protecție etc. atunci când realizați conturarea și finisarea, pentru a evita efectul advers al prafului asupra organismului uman.
- În timpul utilizării, folosiți echipament de protecție, cum ar fi ochelari.
- Evitați orice utilizare în unguri ascuțite sau cu presiune excesivă aplicată materialelor abrazive subțiri și lungi. Acestea sunt fragile și se pot îndoia sau fractura sub presiuni excesive.
- Aplicați orice presiune sub apă pulverizată pentru a evita deteriorarea pulpei.
- Acest produs este destinat utilizării numai de către profesioniști în domeniul stomatologiei.
- Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât cele menționate în mod specific în aceste instrucțiuni de utilizare.

DEPOZITARE SI STERILIZARE

Depozitați acest produs evitând expunerea la umedeală, substanțe chimice corozive și vaporii acestora. Păstrați produsul departe de eventualele presiuni externe (sarcini fizice) și evitați contaminarea acestuia.

Atunci când sistemul urmează să fi utilizat intraoral, sterilizați acest produs înaintea fiecărei utilizări. Pentru reutilizare după folosire, îndepărtați imediat orice contaminanți cu dispozitivul de spălare-dezinfectare, apoi sterilizați.

(Autoclav)

Tipul ciclului	Temperatura	Timpul de menținere	Timpul de uscare
Pre-vid de 3 ori	134°C	3'00"	10'00"

Urmați instrucțiunile de utilizare ale producătorului dispozitivului de spălare-dezinfectare sau dispozitivului de sterilizare. A nu se utilizează dezinfecțantii cu clor pentru a evita corozia instrumentelor. Pentru detalii despre procedurile de REPROCESARE, vizitați www.shofu.de.

ELIMINARE

Eliminați în conformitate cu regulamentele locale și naționale relevante.



LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING

PRODUKTBESKRIVNING

Tillverkat av kiselkarbidkorn med keramisk bindning, är Dura-Green Stones idealiska för snabb konturering och efterbehandling. De finns tillgängliga i olika former i FG, CA och HP.

AVSEDD ANVÄNDNING

Konturering och finishering av porslin, komposit, amalgam, ädla och icke-ädla legeringar.

FÖRSIKTIGHETSÄTGÄRDER OCH VARNINGAR

- Överskrid aldrig den maximalt tillåtna hastigheten.

30 000 min⁻¹
- Försiktigt under hela i chucken på handstycket, följ tillverkarens instruktioner.
- Gör en testkörning för att kontrollera säkerheten och jämn gång utan att köra slut på instrumentet före själva användningen.
- Kontrollera att sliphuvudet är i god kondition före användningen. Använd inte skadade eller defekta instrument, d.v.s. instrument som är korroderade, har ytspickar eller deformrade, smutsiga eller har exponerat skaft på grund av uppdraget användning.
- Använd lokalt utsug, skydds mask, etc. vid konturering och finishering för att undvika negativa effekter av sliphammare i människokroppen.
- Använd skyddsutrustning som skyddsglasögon under arbetet.
- Undvik all användning av spetsiga vinklar eller för hårt tryck på tunna och långa abrasiva instrument. De är omvälviga och de kan böjas eller fraktrera under för stor belastning.
- Tryck försiktigt under vattenspray för att undvika att skada pulpan.
- Den här produkten är avsedd att användas enbart inom tandvården.
- Använd inte produkten för andra ändamål än den avsedda användningen som specificeras i den här bruksanvisningen.

FÖRVARING OCH STERILISERING

Förvara denna produkt att skyddas för exponering av fukt, korrosiva kemikalier och dess ångor. Skyddas för ytterligare tryckbelastning och undvik kontaminerings. Vid användning intraoralt skall denna produkt steriliseras före varje användning. För återanvändning efter användning ska alla förerenningar omelbart avlägsnas i en diskdesinfektor och sterilisering därefter utföras.

(Autoklav)

Typ av cykel	Temperatur	Hålltid	Torkningstid
För vakuumb 3 gånger	134°C	3'00"	10'00"

Följ tillverkarnas bruksanvisningar för diskdesinfektorn och sterilisatorn som används. För att undvika korrasjon hos instrumenten får desinfektionsmedlet som innehåller klor inte användas. Mer info om UPPARBETNING-metoder (rengöring, desinfektion och sterilisering) hittar du på www.shofu.de.

AVFALLSHANTERING

Kassera enligt lokala och nationella föreskrifter.



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Katastevanoménes apό kókkous karbídou tou piúritou mei kerafíkou suvndetíko ulíkou, oi Pétreis Dura-Green einai iðianíkés για grýgoriá xáraxē periýrámatos kai φíriomísa. Einai diatésmes se piúkilia σχýmatón se FG, CA kai HP.

ΣΧΟΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Diamóphora περιýrámatos kai φíriomísa πορσελάνης, suvñetíku, amalγamátou, piólytoum kai μπολύtoum kramátou.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην υπερβείτε ποτέ τη μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα περιστροφής.

30.000 min⁻¹
- Τοποθετήστε το στέλεχος πλήρως στην κεφαλή της χειρολαβής ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Πραγματοποιείστε δοκιμαστική λειτουργία για έλεγχο ασφαλούς και ομαλής λειτουργίας χωρίς αποδρομή πριν από τη χρήση.
- Εξασφαλίστε ότι η κεφαλή του λειαντικού είναι σε καλή κατάσταση πριν από τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμένη ή ελαττωματική εργαλεία δηλ, με διάρρωση, επιφανειακές ατέλειες, παραμορφώσεις, ρυπαρότητα ή έκθεση του στελέχους λόγω επαναλαμβανόμενης χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε τοπικά σύστημα απαγωγής της σκόνης, προστατευτική μάσκα, κλπ κατά τη διαμόφωση και τελείωση για να αποφύγετε δυσμενή επίδραση της σκόνης στο ανθρώπινο σώμα.
- Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό ώπως γυαλιά κατά τη χρήση.
- Αποφύγετε τη χρήση σε οξεία γωνία ή με υπερβολική πίεση σε λεπτά λαι και λειαντικά. Είναι εύθραυστα και μπορεί να λυγίσουν ή να σπάσουν κάτω από υπερβολικές φορτίσεις.
- Εφαρμόστε ελαφριά πίεση ωκεασμού κάτω από το νερό για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στον πολό.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνον από επαγγελματίες της οδοντιατρικής.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτ